

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa błon, wywoływaczy i utrwalaczy do zdjęć rentgenowskich dla pracowni rentgenowskich Fundacji „Unia Bracka”.

1. Wywoływacz powinien być dostarczony w formie koncentratu, z którego można uzyskać 2 x 20 litrów roztworu roboczego.
2. Odczynnik powinny być wieloskładnikowe o dużej trwałości roztworów roboczych. Wywoływacz powinien być trójskładnikowy.
3. Utrwalacz powinien być dostarczony w formie koncentratu, z którego można uzyskać 2 x 20 litrów roztworu roboczego.
4. Odczynniki do obróbki mechanicznej powinny być wieloskładnikowe
5. Filmy niebieskoczułe pokrywane dwustronnie warstwą ochronną, zabezpieczającą przed uszkodzeniami mechanicznymi i wyładowaniami elektrostatycznymi.
6. Nazwa producenta pojawiająca się na kliszy po jej wywołaniu.
7. Gęstość minimalna nie większa niż 0,21 w dniu dostawy.
8. Zamawiający z powodu systemu przechowywania błon w ciemni rtg wymaga dostarczenia filmów pakowanych w kartonowe pudełka zewnętrzne. Opakowanie wewnętrzne filmów musi być przeznaczone do wielokrotnego otwierania bez naświetlania filmów w przypadku otwarcia opakowania kartonowego.

Zamawiający żąda przedstawienia w ofercie przetargowej:

1. Aktualnych rejestrów, deklaracji zgodności, atestów i certyfikatów wydawanych przez upoważnione do tego jednostki badawcze, poświadczających dopuszczenie oferowanego asortymentu towaru do sprzedaży oraz stosowania na terenie Unii Europejskiej wraz z oznaczeniem, dla której pozycji opisanej w formularzu cenowym zostały złożone.
2. Kart charakterystyki w zakresie oferowanych błon i odczynników.

Zasady składania zamówienia:

1. Bieżące zamówienia z uwzględnieniem asortymentu i ilości towaru oraz wielkości opakowania wraz z podaniem terminu i miejsca realizacji przekazywane będą przez Zamawiającego drogą e-mailową.
2. Zgłoszenia będą odbywać się raz na kwartał, zgodnie z potrzebami Zamawiającego od poniedziałku do piątku.

Tryby realizacji zamówienia:

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania Zamawiającemu towaru w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli dostawa wypada w dni wolne od pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
2. Każdorazowe zamówienie musi być zrealizowane w jednorazowej, całościowej dostawie.
3. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy realizacja pkt. 2 jest niemożliwa to informacja ta musi zostać przekazana Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy części towaru, wraz z podaniem terminu dostawy pozostałej części zamówienia.
4. Dostawa zamówionego towaru będzie realizowana przez Wykonawcę bezpośrednio do pracowni rentgenowskich zgodnie z załącznikiem nr 2 zamawiającego w godzinach 8⁰⁰ – 14⁰⁰ na koszt i siłami Wykonawcy wraz z wniesieniem lub na adres wskazany w zamówieniu pisemnym.

UWAGA: bez względu na fakt, w jaki sposób realizowane są dostawy towaru (transportem własnym czy za pośrednictwem firmy kurierskiej) Wykonawca odpowiada za dostawę towaru do pracowni rentgenowskiej własnymi siłami i na własny koszt - wraz z wniesieniem (!) W przypadku realizacji dostaw za pośrednictwem firmy kurierskiej Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu towaru oraz jego przeniesienia ze środka transportu do pracowni rentgenowskiej - w ramach podpisanej umowy z firmą kurierską (niedopuszczalny jest tryb realizacji dostawy "od drzwi do drzwi").

5. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające rodzaj i ilość towaru znajdującego się w opakowaniu zbiorczym wraz z oryginałem faktury VAT/rachunku.

6. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego asortymentu po powiadomieniu przez Zamawiającego mailem lub telefonicznie o wystąpieniu powyższej okoliczności zgodnie z wymogami zawartymi we wzorze umowy.

7. Zamawiający wymaga, aby pojemniki po odczynnikach chemicznych nie podlegały kaucjonowaniu.

8. Zamawiający wymaga aby Dmin zamawianych błon rtg było nie większe niż 0,21 w momencie dostawy.

9. W celu zapewnienia odpowiednio wysokiej jakości badań oraz z uwagi na unifikację procesu obróbki fotochemicznej zamawiający wymaga, żeby oferowane błony i odczynniki do rtg były tego samego producenta i tej samej marki.

10. Zamawiającego aktualnie używa błon i odczynników firm Fuji, w przypadku zaferowania błon i odczynników innego producenta Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów wykonania czyszczenia chemicznego wywoływarek rentgenowskich i sporządzenia protokołów optymalizacji.

.....
miejsce i data

.....
(pieczętka i czytelne podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)