



Ruda Śląska, dnia 29.08.2022 r.

## Pytanie Nr 2

### „Sukcesywna dostawa rękawic medycznych”

**Nr sprawy: 12/22/NZ**

#### Pytanie 1

Pytanie 1 dot. przedmiotu zamówienia poz.5-10

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o sile zrywu przed starzeniem 16-17N oraz po starzeniu 14-15,5N. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza rękawice o sile zrywu przed starzeniem 16-17, jednocześnie informuje, że nie dopuszcza rękawic o sile zrywu po starzeniu mniejszą niż 15.

#### Pytanie 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie załączników do specyfikacji w wersji edytowalnej.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.

#### Pytanie 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej tj. podpisanej podpisem elektronicznym oraz przesłanej na adres e-mail.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia.

FUNDACJA „UNIA BRACKA”  
KONTAKT  
Zespołu Technicznego-Majtkowego

Joanna Kasperczyk

FUNDACJA „UNIA BRACKA”  
WICEPREZES ZARZĄDU  
ds. Działalności Leczniczej

Janusz Markowicz



Fundacja „Unia Bracka”  
32 240 10 65



Fundacja@uniabracka.pl  
www.uniabracka.pl



ul. E. Kokota 172  
41-711 Ruda Śląska