

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### PAKIET NR 1\*

#### Aparaty USG

- wykonanie raz w roku na zlecenie Zamawiającego przeglądu technicznego z konserwacją aparatu zgodnie z zaleceniami producenta aparatu lub/i z normą PN-EN 62353, PN-EN 60601,
- usługa przeglądu urządzenia musi zakończyć się wystawieniem świadectwa/raportu sprawności lub orzeczeniem technicznym że urządzenie jest niesprawne z podaniem przyczyny niesprawności i orientacyjnymi kosztami naprawy w zależności od wyniku przeglądu. Naprawa urządzenia będzie możliwa po zaakceptowaniu kosztów naprawy przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania wpisu w paszporcie technicznym urządzenia o dokonanym przeglądzie wraz z informacją o jego wyniku i terminie następnego wynikającym z instrukcji używania lub w razie jej braku z zaleceń producenta i uzasadnionych zaleceń Wykonawcy,
- Wykonawca będzie wykonywał zleczone mu usługi przy użyciu własnych narzędzi i aparatury kontrolno-pomiarowej,
- koszt przeglądu technicznego z konserwacją ma uwzględniać wszystkie koszty związane z jego przeprowadzeniem w tym koszt dojazdu, koszt ewentualnie potrzebnych materiałów eksploatacyjnych będzie doliczany oddzielnie,
- wykonywanie napraw na zlecenie Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu i akceptacji zakresu prac i ceny usługi wg stawki za roboczogodzinę, koszt części będzie doliczany oddzielnie, narzut do ceny zakupu nie może być większy niż 10 %. Potwierdzeniem wykonanej naprawy będzie karta pracy wraz z wyszczególnieniem wykonanych czynności, wymienionych części oraz ilością godzin podpisana przez osobę użytkującą urządzenie,
- naprawy i przeglądy będą wykonane w miejscu użytkowania urządzenia, jedynie w przypadku braku tej możliwości urządzenie lub jego część może być zabrana z miejsca użytkowania w celu naprawy, co będzie odnotowane w protokole zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,
- Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania niniejszej umowy zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, z wymaganiami stawianymi przed producentów, zasadami obowiązującymi przy wydawaniu orzeczeń technicznych i innymi przepisami powszechnie obowiązującymi,
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia wynikłe z jego winy w trakcie wykonywania usługi i zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt.

### PAKIET NR 2\*

#### Aparaty EKG, przystawki spirometryczne, holtery RR i EKG, system do badań wysiłkowych

- wykonanie raz w roku na zlecenie Zamawiającego przeglądu technicznego z konserwacją aparatu ekg, holtera RR/EKG zgodnie z zaleceniami producenta aparatu lub/i z normą PN-EN 62353, PN-EN 60601 oraz wzorcowanie przystawki spirometrycznej zgodnie z procedurami producenta.
- usługa przeglądu urządzenia musi zakończyć się wystawieniem świadectwa/raportu sprawności i świadectwa wzorcowania (dotyczy przystawek spirometrycznych) lub orzeczeniem technicznym że urządzenie jest niesprawne z podaniem przyczyny niesprawności i orientacyjnymi kosztami naprawy w zależności od wyniku przeglądu. Naprawa urządzenia będzie możliwa po zaakceptowaniu kosztów naprawy przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania wpisu w paszporcie technicznym urządzenia o dokonanym przeglądzie wraz z informacją o jego wyniku i terminie następnego wynikającym z instrukcji używania lub w razie jej braku z zaleceń producenta i uzasadnionych zaleceń Wykonawcy,
- Wykonawca będzie wykonywał zleczone mu usługi przy użyciu własnych narzędzi i aparatury kontrolno-pomiarowej,
- koszt przeglądu technicznego i wzorcowania ma uwzględniać wszystkie koszty związane z jego przeprowadzeniem w tym koszt dojazdu, koszt ewentualnie potrzebnych materiałów eksploatacyjnych będzie doliczany oddzielnie.
- wykonywanie napraw na zlecenie zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu i akceptacji zakresu prac i ceny usługi wg stawki za roboczogodzinę, koszt części będzie doliczany oddzielnie, narzut do ceny zakupu nie może być większy niż 10 %. Potwierdzeniem wykonanej naprawy będzie karta pracy wraz z wyszczególnieniem wykonanych czynności, wymienionych części oraz ilością godzin podpisana przez osobę użytkującą urządzenie,
- naprawy i przeglądy będą wykonane w miejscu użytkowania urządzenia, jedynie w przypadku braku tej możliwości urządzenie lub jego część może być zabrana z miejsca użytkowania, co będzie odnotowane w protokole zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,
- Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania niniejszej umowy zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, z wymaganiami stawianymi przed producentów, zasadami obowiązującymi przy wydawaniu orzeczeń technicznych i innymi przepisami powszechnie obowiązującymi,
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia wynikłe z jego winy w trakcie wykonywania usługi i zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt.

## PAKIET NR 3\*

### Autoklawy

- wykonanie raz w roku na zlecenie zamawiającego przeglądu technicznego z konserwacją autoklawu zgodnie z zaleceniami producenta aparatu lub/i z normą PN-EN 62353, PN-EN 60601,
- przygotowanie urządzenia do odbioru przez inspektora Urząd Dozoru Technicznego, wykonanie czynności zaleconych przez inspektora UDT, uczestniczenie w odbiorach z udziałem inspektorów UDT,
- usługa przeglądu urządzenia musi zakończyć się wystawieniem świadectwa/raportu sprawności lub orzeczeniem technicznym że urządzenie jest niesprawne z podaniem przyczyny niesprawności i orientacyjnymi kosztami naprawy w zależności od wyniku przeglądu. Naprawa urządzenia będzie możliwa po zaakceptowaniu kosztów naprawy przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania wpisu w paszporcie technicznym urządzenia o dokonanym przeglądzie wraz z informacją o jego wyniku i terminie następnego wynikającym z instrukcji używania lub w razie jej braku z zaleceń producenta i uzasadnionych zaleceń Wykonawcy,
- koszt przeglądu technicznego z konserwacją, przygotowania urządzenia do odbioru przez UDT ma uwzględniać wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem w tym koszt dojazdu, koszt ewentualnie potrzebnych materiałów eksploatacyjnych będzie doliczany oddzielnie,
- wykonywanie napraw na zlecenie zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu i akceptacji zakresu prac i ceny usługi wg stawki za roboczogodzinę, koszt części będzie doliczany oddzielnie, narzut do ceny zakupu nie może być większy niż 10 %. Potwierdzeniem wykonanej naprawy będzie karta pracy wraz z wyszczególnieniem wykonanych czynności, wymienionych części oraz ilością godzin podpisana przez osobę użytkującą urządzenie,
- naprawy i przeglądy będą wykonane w miejscu użytkowania urządzenia, jedynie w przypadku braku tej możliwości urządzenie lub jego część może być zabrana z miejsca użytkowania, co będzie odnotowane w protokole zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,
- Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania niniejszej umowy zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, z wymaganiami stawianymi przed producentów, zasadami obowiązującymi przy wydawaniu orzeczeń technicznych i innymi przepisami powszechnie obowiązującymi,
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia wynikłe z jego winy w trakcie wykonywania usługi i zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt.

## PAKIET NR 4\*

### Spirometry

- wykonanie raz w roku na zlecenie zamawiającego przeglądu technicznego urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta aparatu lub/i z normą PN-EN 62353, PN-EN 60601 oraz wzorcowania urządzenia w autoryzowanym serwisie producenta,
- usługa przeglądu urządzenia musi zakończyć się wystawieniem świadectwa/raportu sprawności oraz dostarczeniem świadectwa wzorcowania lub orzeczeniem technicznym, że urządzenie jest niesprawne z podaniem przyczyny niesprawności i orientacyjnymi kosztami naprawy w zależności od wyniku przeglądu. Naprawa urządzenia będzie możliwa po zaakceptowaniu kosztów naprawy przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania wpisu w paszporcie technicznym urządzenia o dokonanym przeglądzie wraz z informacją o jego wyniku i terminie następnego wynikającym z instrukcji używania lub w razie jej braku z zaleceń producenta i uzasadnionych zaleceń Wykonawcy,
- Wykonawca będzie wykonywał zleczone mu usługi przy użyciu własnych narzędzi i aparatury kontrolno-pomiarowej,
- koszt przeglądu technicznego z konserwacją oraz wzorcowania ma uwzględniać wszystkie koszty związane z jego przeprowadzeniem w tym koszt dojazdu, wysyłki, koszt ewentualnie potrzebnych materiałów eksploatacyjnych będzie doliczany oddzielnie,
- wykonywanie napraw na zlecenie zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu i akceptacji zakresu prac i ceny usługi wg stawki za roboczogodzinę, koszt części będzie doliczany oddzielnie, narzut do ceny zakupu nie może być większy niż 10 %. Potwierdzeniem wykonanej naprawy będzie karta pracy wraz z wyszczególnieniem wykonanych czynności, wymienionych części oraz ilością godzin podpisana przez osobę użytkującą urządzenie,
- naprawy i przeglądy będą wykonane w miejscu użytkowania urządzenia, jedynie w przypadku braku tej możliwości urządzenie lub jego część może być zabrana z miejsca użytkowania, co będzie odnotowane w protokole zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,
- Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania niniejszej umowy zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, z wymaganiami stawianymi przed producentów, zasadami obowiązującymi przy wydawaniu orzeczeń technicznych i innymi przepisami powszechnie obowiązującymi,
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia wynikłe z jego winy w trakcie wykonywania usługi i zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt.

### PAKIET NR 5\*

Lampy bezcieniowe, bakteriobójcze, negatoskopy, ssaki, destylarki, koncentratory tlenu, aparaty do elektrokoagulacji, detektory tętna płodu, lampy czołowe, zgrzewarki, fotele, piły, oftalmoskopy, anoskopy, rektoskopy, dermatoskopy, kolposkopy, sterylizatory, stoły operacyjne, inhalatory, cystoskopy, sigmoidoskop, nebulizatory, aparaty KTG

- wykonanie raz w roku na zlecenie zamawiającego przeglądu technicznego urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta aparatu lub/i z normą PN-EN 62353, PN-EN 60601,
- usługa przeglądu urządzenia musi zakończyć się wystawieniem świadectwa/raportu sprawności lub orzeczeniem technicznym że urządzenie jest niesprawne z podaniem przyczyny niesprawności i orientacyjnymi kosztami naprawy w zależności od wyniku przeglądu. Naprawa urządzenia będzie możliwa po zaakceptowaniu kosztów naprawy przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania wpisu w paszporcie technicznym urządzenia o dokonanym przeglądzie wraz z informacją o jego wyniku i terminie następnego wynikającym z instrukcji używania lub w razie jej braku z zaleceń producenta i uzasadnionych zaleceń Wykonawcy,
- Wykonawca będzie wykonywał zleczone mu usługi przy użyciu własnych narzędzi i aparatury kontrolno-pomiarowej,
- koszt przeglądu technicznego ma uwzględniać wszystkie koszty związane z jego przeprowadzeniem w tym koszt dojazdu, koszt ewentualnie potrzebnych materiałów eksploatacyjnych będzie doliczany oddzielnie,
- wykonywanie napraw na zlecenie zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu i akceptacji zakresu prac i ceny usługi wg stawki za robocizogodzinę, koszt części będzie doliczany oddzielnie, narzut do ceny zakupu nie może być większy niż 10 %. Potwierdzeniem wykonanej naprawy będzie karta pracy wraz z wyszczególnieniem wykonanych czynności, wymienionych części oraz ilością godzin podpisana przez osobę użytkującą urządzenie,
- naprawy i przeglądy będą wykonane w miejscu użytkowania urządzenia, jedynie w przypadku braku tej możliwości urządzenie lub jego część może być zabrana z miejsca użytkowania, co będzie odnotowane w protokole zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,
- Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania niniejszej umowy zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, z wymaganiami stawianymi przed producentów, zasadami obowiązującymi przy wydawaniu orzeczeń technicznych i innymi przepisami powszechnie obowiązującymi,
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia wynikłe z jego winy w trakcie wykonywania usługi i zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt.

### PAKIET NR 6\*

#### SPRZĘT REHABILITACYJNY

- wykonanie raz w roku na zlecenie Zamawiającego przeglądu technicznego z konserwacją urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta aparatu lub/i z normą PN-EN 62353, PN-EN 60601,
- usługa przeglądu urządzenia musi zakończyć się wystawieniem świadectwa/raportu sprawności lub orzeczeniem technicznym że urządzenie jest niesprawne z podaniem przyczyny niesprawności i orientacyjnymi kosztami naprawy w zależności od wyniku przeglądu. Naprawa urządzenia będzie możliwa po zaakceptowaniu kosztów naprawy przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania wpisu w paszporcie technicznym urządzenia o dokonanym przeglądzie wraz z informacją o jego wyniku i terminie następnego wynikającym z instrukcji używania lub w razie jej braku z zaleceń producenta i uzasadnionych leceń Wykonawcy,
- Wykonawca będzie wykonywał zleczone mu usługi przy użyciu własnych narzędzi i aparatury kontrolno-pomiarowej,
- koszt przeglądu technicznego z konserwacją ma uwzględniać wszystkie koszty związane z jego przeprowadzeniem w tym koszt dojazdu, koszt ewentualnie potrzebnych materiałów eksploatacyjnych będzie doliczany oddzielnie,
- wykonywanie napraw na zlecenie zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu i akceptacji zakresu prac i ceny usługi wg stawki za robocizogodzinę, koszt części będzie doliczany oddzielnie, narzut do ceny zakupu nie może być większy niż 10 %. Potwierdzeniem wykonanej naprawy będzie karta pracy wraz z wyszczególnieniem wykonanych czynności, wymienionych części oraz ilością godzin podpisana przez osobę użytkującą urządzenie,
- naprawy i przeglądy będą wykonane w miejscu użytkowania urządzenia, jedynie w przypadku braku tej możliwości urządzenie lub jego część może być zabrana z miejsca użytkowania, co będzie odnotowane w protokole zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,
- Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania niniejszej umowy zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, z wymaganiami stawianymi przed producentów, zasadami obowiązującymi przy wydawaniu orzeczeń technicznych i innymi przepisami powszechnie obowiązującymi,
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia wynikłe z jego winy w trakcie wykonywania usługi i zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt.

**\*pakiety, które nie są przedmiotem oferty należy przekreślić i napisać „nie dotyczy”**

.....  
miejsce i data

.....  
(pieczętka i czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)