



Ruda Śląska, dnia 12.12.2024 r.

ZMIANY W SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA I Z DNIA 12.12.2024 R.

Postępowanie pn. „Dostawa i wdrożenie systemu archiwizacji obrazów medycznych PACS”

Nr sprawy: 30/24/NZ

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. W Rozdziale IV SWZ, ust. 1. pkt. 1.2.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku oraz dołączy **wykaz wykonanych wdrożeń systemu w minimum 5 jednostkach** na terenie Polski z podaniem przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy usług, w tym potwierdzonej integracji z systemem medycznym – przykład wdrożenia (minimum 3) lub oświadczenie producentów (PACS-HIS). Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający (minimum 1) funkcjonowania integracji HL7 pomiędzy modułem RIS Mediquis, a oferowanym systemem PACS u klientów, którzy posiadają oprogramowanie WMS Mediquis firmy GABOS, **w okresie ostatnich 5 lat.**

Do wykazu wykonanych wdrożeń należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie – referencje (minimum 5) – wykaz stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

Zapis przyjmuje następującą treść :

1. W Rozdziale IV SWZ, ust. 1. pkt. 1.2.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku oraz dołączy **wykaz wykonanych wdrożeń systemu w minimum 5 jednostkach** na terenie Polski z podaniem przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy usług, w tym potwierdzonej integracji z systemem medycznym – przykład wdrożenia (minimum 3) lub oświadczenie producentów (PACS-HIS). Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający (minimum 1) funkcjonowania integracji HL7 pomiędzy modułem RIS Mediquis, a oferowanym systemem PACS u klientów, którzy posiadają oprogramowanie WMS Mediquis firmy GABOS, **w okresie ostatnich 10 lat.**

Do wykazu wykonanych wdrożeń należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie – referencje (minimum 5) – wykaz stanowi załącznik nr 3 do SWZ.



Fundacja „Unia Bracka”
32 240 10 65



Fundacja@uniabracka.pl
www.uniabracka.pl



ul. E. Kokota 172
41-711 Ruda Śląska



2. W załączniku nr 2 do SWZ - Szczegółowe parametry przedmiotu zamówienia – system PACS

L.P.	OPIS PARAMETRÓW	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY
ARCHIWUM OBRAZOWE – SYSTEM PACS			
23	Minimalna liczba licencji usług serwera PACS (w przypadku limitowania) musi wystarczyć do zaspokojenia potrzeb Zamawiającego, czyli: - 1 x serwer obsługujący min. 40.000 badań/rok oraz podłączenia min. 8 urządzeń DICOM bez ponoszenia dodatkowych kosztów licencyjnych - minimum 100 x klient kliniczny przeglądowy (według szczegółowego opisu poniżej) - 4 x klient diagnostyczny wraz z modulem podpisu (według szczegółowego opisu poniżej) - 20 x klient webowy (według szczegółowego opisu poniżej) - podłączenie przy wdrożeniu wszystkich urządzeń diagnostycznych posiadanych przez Zamawiającego na dzień podpisania umowy oraz posiadających moduł DICOM (DICOM MWL i/lub DICOM Store). W przypadku braku modułu lub braku kluczy licencyjnych do urządzeń Zamawiający bierze na siebie odpowiedzialność przy ich pozyskaniu. - 8 x połączenie HL7 i integracja z systemem HIS/RIS Mediquis (8 oddzielnych lokalizacji połączonych przy użyciu łącza szyfrowanego posiadające komunikację HL7) - 8 x obsługa DICOM Modality Worklist Wszystkie dostarczone moduły/licencje muszą pochodzić od jednego producenta.	TAK	

Zapis przyjmuje następującą treść :

2. W załączniku nr 2 do SWZ - Szczegółowe parametry przedmiotu zamówienia – system PACS

L.P.	OPIS PARAMETRÓW	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY
ARCHIWUM OBRAZOWE – SYSTEM PACS			
23	Minimalna liczba licencji usług serwera PACS (w przypadku limitowania) musi wystarczyć do zaspokojenia potrzeb Zamawiającego, czyli: - 1 x serwer obsługujący min. 40.000 badań/rok oraz podłączenia min. 8 urządzeń DICOM bez ponoszenia dodatkowych kosztów licencyjnych - minimum 100 x klient kliniczny przeglądowy (według szczegółowego opisu poniżej) - 4 x klient diagnostyczny wraz z modulem podpisu (według szczegółowego opisu poniżej) - podłączenie przy wdrożeniu wszystkich urządzeń diagnostycznych posiadanych przez Zamawiającego na dzień podpisania umowy oraz posiadających moduł DICOM (DICOM MWL i/lub DICOM Store). W przypadku braku modułu lub braku kluczy licencyjnych do urządzeń Zamawiający bierze na siebie odpowiedzialność przy ich pozyskaniu. - 8 x połączenie HL7 i integracja z systemem HIS/RIS Mediquis (8 oddzielnych lokalizacji połączonych przy użyciu łącza szyfrowanego posiadające komunikację HL7) - 8 x obsługa DICOM Modality Worklist Wszystkie dostarczone moduły/licencje muszą pochodzić od jednego producenta.	TAK	





UNIA BRACKA
FUNDACJA

Ponad 30 lat dbamy o Wasze zdrowie!

Modyfikacja Warunków Zamówienia została zatwierdzona przez:

Zarząd Fundacji „Unia Bracka”:

FUNDACJA „UNIA BRACKA”
PREZES ZARZĄDU

Przemysław Zawadzki

Przemysław Zawadzki - Prezes Zarządu

FUNDACJA „UNIA BRACKA”
DYREKTOR ZARZĄDZANIA
FINANSOWYM

Joanna Kasperczyk



Fundacja „Unia Bracka”
32 240 10 65



fundacja@uniabracka.pl
www.uniabracka.pl



ul. E. Kokota 172
41-711 Ruda Śląska