

Ruda Śląska, dnia 22.01.2025 r.

Pytanie Nr 2

**Postępowanie pn. „Cyfryzacja pośrednia aparatu RTG dla Przychodni Brackiej Gliwice
bezwodowodowym detektorem cyfrowym”**

Nr sprawy: 1/25/NZ

Pytanie 1

Dotyczy: Załącznika nr 2 do SWZ , pkt.22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie detektora, który posiada klasę zabezpieczenia IP67.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza detektor, który posiada klasę zabezpieczenia IP67.

Zamawiający w powyższym zakresie dokona modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ
Szczegółowe parametry przedmiotu zamówienia, pkt.22.

FUNDACJA „UNIA BRACKA”
PRZESZARZĄDU
Przemysław Zawadzki

FUNDACJA „UNIA BRACKA”
DYREKTOR DS. ZARZĄDZANIA
MAJĄTKIEM

Joanna Kasperczyk



Fundacja „Unia Bracka”
32 240 10 65



fundacja@uniabracka.pl
www.uniabracka.pl



ul. E. Kokota 172
41-711 Ruda Śląska